

計量法校正事業者登録制度に基づく事業者一覧

登録番号：0104

事業所の名称及び所在地

名 称：財団法人日本品質保証機構 九州試験所

所 在 地：〒841-0081

佐賀県鳥栖市萱方町字隈 239-1

お問い合わせ：九州試験所

T E L：0942-83-7763

F A X：0942-83-7742

<以下、みなし登録内容>

みなし登録に係る区分：質量

計量器等の区分：分銅等

恒久的施設で行う校正 / 現地校正の別：恒久的施設で行う校正

計量器等の区分	種類	校正範囲		最高測定能力 (k=2)	みなし登録年月日 【認定年月日】
		校正方法	質量の範囲		
分銅等	分銅等 (分銅)	協定質量の校正	20 kg	19 mg	平成 14 年 2 月 4 日 【平成 14 年 2 月 4 日】
			10 kg	12 mg	
			5 kg	3 mg	
			2 kg	1.9 mg	
			1 kg	0.40 mg	
			500 g	0.20 mg	
			200 g	0.06 mg	
			100 g	0.05 mg	
			50 g	0.04 mg	
			20 g	0.03 mg	
			10 g	0.03 mg	
			5 g	0.030 mg	
			2 g	0.030 mg	
			1 g	0.005 mg	
			500 mg	0.004 mg	
			200 mg	0.004 mg	
			100 mg	0.004 mg	
			50 mg	0.004 mg	
			20 mg	0.004 mg	
			10 mg	0.004 mg	
5 mg	0.004 mg				
2 mg	0.004 mg				
1 mg	0.004 mg				
分銅等 (おもり)	分銅等 (おもり)	協定質量の校正	20 kg 以下	300 mg	平成 14 年 2 月 4 日 【平成 14 年 2 月 4 日】
			10 kg 以下	150 mg	
			5 kg 以下	80 mg	
			1 kg 以下	15 mg	
			500 g 以下	8 mg	
			200 g 以下	3 mg	
			1 g 以下	0.03 mg	

<以下、みなし登録内容>

みなし登録に係る区分：温度

計量器等の区分：接触式温度計

恒久的施設で行う校正 / 現地校正の別：恒久的施設で行う校正

計量器等の区分	種類	校正範囲	最高測定能力 ($k = 2$)	みなし登録年月日 【認定年月日】
接触式温度計	ガラス製温度計	-50 以上 0 未満	0.12	平成 16 年 8 月 13 日
		0	0.06	
		0 を超え 50 以下	0.09	
		50 を超え 100 以下	0.09	
		100 を超え 150 以下	0.10	
		150 を超え 200 以下	0.10	
		200 を超え 250 以下	0.11	
		250 を超え 300 以下	0.16	
300 を超え 350 以下	0.18			